

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm
08 bộ giúp đỡ NCPAP do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính
quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa X về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/10/2012
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp về đấu thầu mua sắm tài
sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn
nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Tờ trình số
1646/TTr-BVBT ngày 26 tháng 10 năm 2020 và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo
cáo thẩm định số 1121/BC-STC ngày 30 tháng 10 năm 2020.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm 08 bộ
giúp đỡ NCPAP do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm 08 bộ giúp đỡ NCPAP	600.000.000	Từ nguồn kinh phí tài trợ cho y tế năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận	Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng	Hợp đồng trọn gói	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2020	Trong vòng 28 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

(Danh mục chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Quyết định này và các tài liệu có liên quan để thực hiện các thủ tục mua sắm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa);
- Lưu: VT, TH. Phú.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận

Ngày ký:

03.11.2020

15:49:20 +07:00

Nguyễn Đức Hòa

PHỤ LỤC

**Danh mục gói thầu mua sắm 08 bộ giúp thở NCPAP
do Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm chủ đầu tư**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2701 /QĐ-UBND
ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)*

Tên thiết bị	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Số lượng
Bộ giúp thở NCPAP	I. Yêu cầu chung: – Thiết bị phải được sản xuất từ năm 2019 trở đi, mới 100%. – Nhà sản xuất phải có một trong các giấy chứng chỉ quốc tế sau: ISO hoặc CE hoặc tương đương. – Điện nguồn sử dụng: 220V, 50Hz. – Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa $\geq 75\%$. II. Cấu hình bao gồm: 1. Bộ trộn khí có điều áp (01 bộ): – Bao gồm: + Cột lưu lượng Air 0-15 lít/phút: 01 cái. + Cột lưu lượng Oxy 0-15 lít/phút: 01 cái. + Dây nối nguồn Oxy dài 1,5m có đầu nối: 01 bộ. + Dây nối nguồn Air dài 1,5m có đầu nối: 01 cái. 2. Bộ làm ẩm/ấm khí thở (01 bộ): – Bao gồm: + Bộ tạo nhiệt: 01 bộ. + Bình làm ẩm cho nhi: 01 cái. 3. Bộ dây silicone nối bệnh nhân dùng nhiều lần (01 bộ): – Bao gồm: + Bộ dây thở silicone cho toàn hệ thống có 1 bể nước và hệ co hoàn chỉnh: 01 bộ. + Nhiệt kế thuỷ ngân: 01 cái. 4. Phụ kiện khác (01 bộ): + Cannula chất liệu silicone dùng nhiều lần có 4 size: XS, S, M, L: 06 cái. + Van Benveniste: 01 cái. + Máy đo áp suất (Có báo động cao thấp): 01 cái. + Hệ thống ống đồng dẫn cấp khí đến bộ giúp thở có khẩu khí kết nối: 01 bộ. ✓ Ống đồng $\varnothing 19\text{mm}$, dày 0,8mm.	08 bộ

Tên thiết bị	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Số lượng
	✓ Chiều dài lắp đặt: 10m/bộ. III. Đặc tính, thông số kỹ thuật: – Hệ thống NCPAP được dùng để hỗ trợ hô hấp cho trẻ em, trẻ sinh non, ứng dụng chế độ thở tự nhiên với áp lực dương liên tục đường thở. – Có 2 cột lưu lượng kế riêng biệt (Mỗi cột 0-15 lít/phút, trộn khí nén và oxy, cho tỷ lệ % O₂ thích hợp với lưu lượng cần thiết). – Có thể chỉnh áp lực CPAP mà không cần tháo hệ thống ra khỏi bệnh nhân. – Sau khi được làm ấm, khí thở được cấp cho bệnh nhân qua van Benveniste và Cannula. – Thở CPAP giúp tăng FRC (Functional residual capacity), giữ cho phế nang không bị xẹp cuối kỳ thở ra, mở lại các phế nang bị xẹp, làm tăng thể tích trao đổi khí. – Cải thiện xẹp phổi, giảm shunt trong phổi. – Tái phân bố nước ngoài mạch máu phổi. – Giảm nở các phế quản nhỏ, dẫn lưu đàm tốt hơn. – Giảm công thở và cải thiện compliance phổi. – Giảm máu về tim. – Bộ trộn khí kiểu cột lưu lượng: + Cột lưu lượng O₂: 0 - ≥ 15 lít/phút, kèm giảm áp. + Cột lưu lượng khí nén: 0 - ≥ 15 lít/phút, kèm giảm áp. + Đầu nối O₂: Có nhiều chuẩn để chọn như DIN, NS, BS,... + Đầu nối khí nén: Có nhiều chuẩn để chọn như DIN, NS, BS,... + Dây cấp nguồn O₂: Dài ≥ 1,5m. + Dây cấp nguồn khí nén: Dài ≥ 1,5m. + Điều chỉnh FiO₂: Từ 21 - 100% theo cột lưu lượng O₂ và khí nén. + Thang NCPAP: 0 - ≥ 15 cmH₂O. + Áp suất ngõ vào: 2,1 - 10 bar. – Bộ tạo nhiệt kèm bất đồ bộ tạo nhiệt: + Thang nhiệt độ: Có thể điều chỉnh ≥ 9 mức (45–95°C tại đế nung). + Áp suất làm việc: 20kPa. + Thời gian làm ấm: < 30 phút. – Bình làm ấm sơ sinh: + Thể tích tối đa khoảng: 370 ml (Khi bình rỗng). – Bộ dây thở: + Nguyên liệu: Silicone, mỗi bộ phận trong bộ dây thở đều không chứa cao su thiên nhiên.	

Tên thiết bị	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Số lượng
	+ Thể tích chết: ≤ 3 ml. + Hấp tiệt trùng được ở 136⁰C ở mức 220 kPa (14.1 psi) trong 4 phút. – Các phụ kiện khác: + Theo dõi áp suất: Máy đo áp suất tự động có điều chỉnh mức báo động cao thấp. + Cannula: Có thể hấp tiệt trùng để tái sử dụng có 4 cỡ: XS, S, M, L. + Van Benveniste. + Hệ thống ống đồng dẫn cấp khí đến bộ giúp thở có khẩu khí kết nối.	
